

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Kompleksowe wyposażenie placówki medycznej
w Ostrołęce

AKTUALIZACJA Z DNIA 02.04.2015 r.

Piaseczno, dnia 26.03.2015 r.	
Zamawiający:	CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA ul. Czajewicza 5/7 lok 49 05-500 Piaseczno NIP 1230819862
Tytuł Projektu:	„Rozwinięcie zakresu usług ostrołęckiej placówki CENTRUM ZDROWIA i stworzenie centrum obsługi telefonicznej działaniem w kierunku rozszerzenia zasięgu oferty spółki na skalę kraju”
Przedmiot zamówienia:	<p>Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe wyposażenie placówki medycznej w Ostrołęce składające się z następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:</p> <p>1. UNIT STOMATOLOGICZNY – 1 zestaw <i>Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • elektromechaniczny fotel dentystyczny zagłówkiem fotela z blokadą mechaniczną, pneumatyczną i możliwością obrotu na bok, • sterowanie za pomocą 10-cio polowego diodowego wyświetlacza, • lampy z głowicą pracującą w 3 płaszczyznach i płynną regulacją natężenia oświetlenia 8-35 tys. luksów oraz z dwustopniową regulacją natężenia oświetlenia 8/22,5 tys. luksów, • moduł ze skalerem o ciągłej samoregulacji częstotliwości w zakresie od 25 do 32 kHz, • misa spluwaczki – obrót 135°, wyjmowane wylewki, napęd elektryczny misy, • moduł z zakresem obrotów mikromotora od 1000 do 40000, • odłączalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe przewodnice rękawów ssakowych oraz rękawy instrumentów, • podkładka pod instrumenty przystosowana do sterylizacji w autoklawie, <p>2. ZESTAW URZĄDZEŃ STOMATOLOGICZNYCH: <i>Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zestaw do radiografii cyfrowej – 1 szt.: <ol style="list-style-type: none"> a. rozdzielczość co najmniej 25 pl/mm b. ogniskowa 0,4 mm c. bezprzewodowy pilot 2. Piaskarka wolnostojąca – 1 szt.: <ol style="list-style-type: none"> a. Obecność technologii zapobiegającej zbrylaniu się proszku i zapychaniu przewodów powietrza i wody 3. Destylarka wody – 1 szt. <ol style="list-style-type: none"> a. Wydajność 1,15 l na godzinę b. zintegrowany zbiornik 4 l c. Automatyczne wyłączenie urządzenia po odparowaniu wody 4. Endometr – 1 szt. <ol style="list-style-type: none"> a. Opcja automatycznego wykrywania i testowania przewodów b. Automatyczna kalibracja c. Opcja automatycznego wykrywania i testowania przewodów

5. Sterylizator parowy – **1 szt.**
 - a. Możliwość wykonania „testu próżniowego”
 - b. Dostępność miejsca do 5 standardowych tac lub 3 kontenerów
 - c. Wilgotność końcowa instrumentów < 0,2%
6. Zgrzewarka impulsowa – **1 szt.**
 - a. Maksymalna szerokość rękawa – 250mm
 - b. Szerokość zgrzewu – 10 mm

3. APARAT DO ELEKTROTERAPII – 3 szt.

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Możliwość wykonania zabiegów prądami interferencyjnymi i diadynamicznymi
- szerokość impulsu modulowanego – 5 – 990ms
- amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażień) i tonu lizy – 0-100 mA

4. URZĄDZENIE DO KRIOSTYMULACJI – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Czynnik chłodniczy ciekły azot (LN2)
- Zużycie ciekłego azotu od 0,10 do 0,15 kg/min – w zależności od intensywności nadmuchu

5. ZESTAW NARZĘDZI DO REHABILITACJI:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – **1 szt.**
 - a. Wyposażenie w wysuwany dyszel, zakończony chwytakiem do stabilizacji za poziomy lub pionowy przedmiot
2. Rotor do ćwiczeń supinacyjnych przedramienia – **1 szt.**
 - a. Możliwość dawkowania oporu maszyny podczas ćwiczenia
3. Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego – **1 szt.**
 - a. Możliwość wykonywania ćwiczeń wokół osi poziomych wzdłuż i prostopadle do stopy
4. Schody do nauki chodzenia z pochylnią – **1 szt.**
 - a. długość: 3500 mm
 - b. szerokość: 800 mm
 - c. wysokość pochwyty: 650 ÷ 1050 mm
5. Fotel do ćwiczeń oporowych – **1 szt.**
 - a. wysokość siedziska 700 mm
 - b. wysokość całkowita 1550 mm
6. Taboret – **5 szt.**
7. Łóżko rehabilitacyjne – **2 szt.**
 - a. szerokość łóżka – 102 cm
 - b. wysokość podnoszenia – 40 cm
8. Stół do masażu i rehabilitacji – **1 szt.**
 - a. Regulacja wysokości: 45 x 95 cm
 - b. Maksymalny udźwig: 150 kg
9. Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem – **1 szt.**
 - a. Wymiary blatu 730x530mm
 - b. Błat obrotowy

6. LAMPY STATYWOWE – 2 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Zasilanie 230 V, 50 Hz
- Automatyczne odmierzenie czasu naświetlania

7. ZESTAW NARZĘDZI DO LASEROTERAPII:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej – **2 szt.:**
 - a. współpraca z aplikatorami skanującymi i sondami punktowymi
 - b. tryby emisji: ciągły i impulsowy
 - c. możliwość regulacji wypełnienia lub czasu impulsu
2. Aplikator skanujący do laseroterapii – **2 szt.:**
 - a. Wyposażenie w dwa źródła światła IR (podczerwone) – 450 mW i R (czerwone) – 100 mW
3. Prysznicowy aplikator laserowy – **1 szt.:**
 - a. Wyposażenie w 5 źródeł światła czerwonego i 4 promieniowania podczerwonego
4. Sonda do laseroterapii – **1 szt.:**
 - a. Zakres światła podczerwonego (IR) 200 mW/ 808 nm
5. Biostymulator laserowy – **1 szt.:**
 - a. Zasilanie 230 V / 50 Hz / 50 VA
 - b. Czujnik do pomiaru mocy lasera

8. APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW I FONOFOREZY – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- częstotliwość pracy 1 MHz/3,5 MHz
- efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm² i 4 cm²

9. LUSTRO KOREKCYJNE – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Lustro trzyczęściowe
- wysokość – 190 cm, szerokość – 140 cm

10. OSPRZĘTU DO UNIWERSALNEGO GABINETU USPRAWNIEŃ LECZNICZEGO:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. ciężarek miękki 0,50 kg – **2 szt.**
2. ciężarek miękki 1,00 kg – **2 szt.**
3. ciężarek miękki 1,50 kg – **2 szt.**
4. ciężarek miękki 2,00 kg – **2 szt.**
5. ciężarek miękki 2,50 kg – **2 szt.**
6. ciężarek miękki 3,00 kg – **2 szt.**
7. ciężarek miękki 4,00 kg – **2 szt.**
8. esik metalowy – **30 szt.**
9. kamaszek skórzany do wyciągu – **1 szt.**
10. linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm – **6 szt.**
11. linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm – **4 szt.**
12. linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm – **2 szt.**
13. linka do ćw. samowspomaganych kk.gg. dł. 225 cm – **1 szt.**
14. linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem dł. 550 cm – **1 szt.**
15. mankiet nadgarstkowo-kostkowy – **2 szt.**
16. mankiet udowy – **1 szt.**
17. pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – **2 szt.**
18. pas do wyciągu za miednicę – **1 szt.**
19. pętla Glissona z orczykiem – **1 szt.**
20. podwieszka dwustawowa ze skóry – **4 szt.**
21. podwieszka klatki piersiowej – **1 szt.**
22. podwieszka pod miednicę – **1 szt.**
23. podwieszka pod głowę – **1 szt.**
24. podwieszka ramienna – **2 szt.**
25. podwieszka udowa – **2 szt.**

26. podwieszka kolanowa – 2 szt.
27. uchwyt metalowy na linkę – 2 szt.

11. ZESTAW DO TRAKCJI – 1 zestaw:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- siła ciągnąca przy trakcji odcinka lędźwiowego 0 - 91 kg
- siła ciągnąca przy trakcji odcinka szyjnego 0 - 18 kg
- czas trwania zabiegu 1 - 60 min

12. ULTRASONOGRAF Acuson S1000 HELX lub równoważny – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Obecność trzech uniwersalnych gniazd głowic
- Gęstość linii w trybie 2D: do 512 linii
- Całkowita dynamika systemu > 210 dB
- Głębokość obrazowania 0,5 – 30 cm
- Częstotliwość: >1000 obrazów/s
- głowice wolumetryczne (do trybów obrazowania 2D, 3D, 4D)
- uchwyty pasujące do głowic wszystkich typów
- uchwyty na głowice do badań endokawitarnych, śródoperacyjnych, AUX, CW i 4D
- Obrazowanie wielowymiarowe 4D

13. ZESTAW DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH – 1 zestaw:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Możliwość wykonania badań urodynamicznych:
 - Uroflowmetria
 - Cystometria (wodna lub gazowa)
 - Badanie ciśnienie – przepływ
 - Profilometria cewkowa (UPP)
- Koncepcja działania „podłącz i używaj” przy wszystkich badaniach

14. TOPOGRAF – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Automatyczne osiowanie i wyzwolenie pomiaru
- Elektroniczne podnoszenie podbródka
- System analizy stabilności łoż (TSAS)

15. LAMPY SZCZELINOWE – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Oświetlenie halogenowe lub LED w układzie Zeiss
- Pięciostopniowe powiększenie

16. PERYMETR KOMPUTEROWY – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Zakres badania – 50 st.
- Cyfrowe śledzenie oka
- Możliwość wykonania testów kinetycznych i statycznych

17. DIOPTROMIERZ – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Pomiar UV (CF-3000)
- Nowoczesny tryb progresywny (FAR, MID, NEAR)

18. KASETA SZKIEŁ PRÓBNYCH – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Zakres szkieł pryzmatycznych: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
- Zakres szkieł cylindrycznych :0.25D do 3.50D w krokach co 0.25, 4.00D do 5.00D w krokach co 0.50, 6.00D

19. ZESTAW TONOMETRÓW – 1 zestaw:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Tonometr bezdotykowy – **1 szt.:**
 - a. Dokładność pomiaru od 0.1 mmHg
 - b. Różnica wyników na poziomie +/- 0.5 mmHg
 - c. Zakres pomiaru od 0 do 60 mmHg (0 - 8hPa)
2. Tonometr klasyczny – **1 szt.:**
 - a. Zakres pomiarowy: 0-80 mmHg
 - b. Dostępne ciężarki pomiarowe 7.5g oraz 10g

20. DERMATOSKOP – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- 10-krotne powiększenie
- płytką kontaktową do trudno dostępnych miejsc

21. CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY – 2 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- możliwość podłączenia do komputera
- mankiety 22 - 42 cm

22. ZESTAW NARZĘDZI DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ – 1 zestaw:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Elektrokardiograf 12-kanałowy – **1 szt.**
 - a. sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych
 - b. zasilanie sieciowo-akumulatorowe
 - c. czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
2. Elektrokardiograf współpracującego z rejestratorami holterowskimi – **1 szt./komplet:**
 - a. Prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
 - b. Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
 - c. **Kompletny zestaw wysiłkowy wraz z bieżnią medyczną i sprzętem komputerowym (komputer, monitor, drukarka)**
3. Rejestrator holterowski EKG – **2 szt.**
 - a. Zapis do 3 kanałów
 - b. Detekcja pików rozrusznika serca
 - c. Zasilanie 1 bateria 1,5V (AAA) lub akumulator
 - d. **Oprogramowanie do analizy**
4. System do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych – **1 szt.**
 - a. Prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
 - b. Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST
 - c. Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
5. Kardiomonitor – **1 szt.**
 - a. Akumulator Li-ion
 - b. Ekran LCD z podświetleniem LED
 - c. Obwód mankieta 25-35 cm



23. DEFIBRYLATOR – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Komunikaty w j. polskim
2. Tryb AUTO/MANUAL
3. Impuls dwufazowy

24. MIKROSKOP OPTYCZNY – 1 szt.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

- Obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (immersja) plan achromatyczne do kontrastu fazowego (ph)
- Oświetlacz diodowy
- Ustawienia dioptryjne: ± 5 dioptrii
- Okulary: szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia 22 mm
- Głowica rewolwerowa: pięciogniazdowa
- Stolik: dwuwarstwowy z łapkami do preparatu
- Ogniskowanie: współosiowe zgrubne i dokładne, z mechanizmem stop
- Kondensator: 1.25 N.A. Abbego z centrowaniem, z uchwytem na filtry i przesłoną irysową
- polaryzacja, ciemne pole

25. ZESTAW NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH – 1 zestaw.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Kleszcze ekstrakcyjne – **6 szt.**
2. Elewator korzenia – **10 szt.**
3. Szczękorozwieracz – **2 szt.**
4. Kleszcze – **3 szt.**
5. Dłuto – **3 szt.**
6. Strzykawka metalowa z aspiracją – **1 szt.**
7. Imadło – **2 szt.**
8. Nożyczki – **3 szt.**
9. Pęseta – **4 szt.**

26. ZESTAW NARZĘDZI OKULISTYCZNYCH – 1 zestaw.:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. Rzutnik optotypów – **1 szt.**
 - a. Oświetlenie LED
 - b. Regulacja jasności
 - c. Pilot zdalnego sterowania
2. Oprawy próbne – **1 Szt.**
3. Soczewki – **1 zestaw**
4. Stereotest – **1 szt.**
5. Nożyczki – **3 szt.**
6. Imadło – **2 szt.**
7. Belfarostat okrągły – **2 szt.**
8. Belfarostat owalny – **2 szt.**
9. Łyzeczka do gradówki – **2 szt.**
10. Pęseta spojówkowa anatomiczna – **2 szt.**
11. Pęseta spojówkowa chirurgiczna – **2 szt.**
12. Nożyczki spojówkowe – **2 szt.**
13. Nożyczki okulistyczne do szwów – **1 szt.**
14. Trzonek – **1 szt.**
15. Odwracadlo do powiek – **2 szt.**
16. Rozwórka – **2 szt.**



27. OPROGRAMOWANIE DLA CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ – 1 szt.:

Minimalne funkcjonalności:

- Możliwość korzystania z bazy wiedzy z poziomu operatora centrum obsługi,
- Możliwość zgłaszania nowych zleceń w celu rozszerzenia bazy wiedzy,
- Możliwość zarządzania bazą wiedzy, archiwum nagrań oraz statystykami pracy centrum obsługi telefonicznej (wykazy połączeń oraz logi pracy centrali telefonicznej i stanowisk centrum).

28. WYPOSAŻENIA CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ – 1 komplet:

Minimalne parametry techniczne/skład zestawu:

1. zestaw komputerowy na potrzeby stanowiska operatora centrum obsługi telefonicznej – **5 szt.**
 - a. komputer przenośny (laptop)
 - b. dotykowy ekran
 - c. system operacyjny Windows 7 lub 8.1
 - d. 8 GB RAM
 - e. dysk 500 GB HD
 - f. słuchawki z mikrofonem
 - g. ekran, matryca FullHD
2. umeblowanie stanowiska operatora centrum obsługi telefonicznej:
 - a. Biurko – **5 szt.**
 - b. Krzesło – **5 szt.**
3. zestaw komputerowy na potrzeby przechowywania archiwum nagrań oraz działania systemu zarządzania bazą wiedzy (serwer) – **1 szt.**
 - a. system operacyjny Windows 7 Professional lub 8.1 Professional
 - b. 8 GB RAM
 - c. dysk 1000 GB HD
4. centrala telefoniczna do obsługi centrum telefonicznego:
 - a. realizacja standardowych funkcji centrali telefonicznej (w tym możliwość nagrywania rozmów)
 - b. możliwość głosowego wybierania z puli kilku numerów (możliwość nagrywania promptów do poszczególnych numerów)
 - c. możliwość pracy w trybie IP PBX
 - d. automatyczne zarządzanie zestawianiem połączenia przychodzącego na infolinię do odpowiedniego wolnego stanowiska operatora (nieograniczona liczba kolejek, dla każdej możliwość zdefiniowania strategii wyboru, melodii oczekiwania, priorytetu, łączenia z zajęтым konsultantem, limitu czasu oczekiwania)
 - e. możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem (baza kontaktów klientów, możliwość zestawiania połączeń oraz monitorowania połączeń przychodzących)
 - f. możliwość wygodnego raportowania pracy centrali
 - g. interfejs API pozwalający na integrację systemu z zewnętrznymi aplikacjami
 - h. dostęp do panelu administracyjnego i konfiguracji poprzez przeglądarkę WWW (z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS)
 - i. logowanie połączeń przychodzących, realizowanych przekierowań oraz parametrów pracy systemu

Kryteria dopuszczające:	Warunkiem dopuszczającym do złożenia oferty jest udokumentowanie faktu istnienia firmy na rynku dłużej niż 3 lata poprzez złożenie odpisu z KRS lub CEiDG.
Kryterium oceny:	<p>Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cena brutto- waga 60%, ▪ okres gwarancji – waga 40% <p>Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.</p> <p>Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny brutto i okresu gwarancji. Ocenie podlegać będzie każdy przedmiot zamówienia osobno. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:</p> <p>Kryterium „cena brutto”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów. ▪ Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej: $(X \div Y) \times 60$, gdzie: X = najniższa cena, Y = cena ocenianej oferty. <p>Kryterium „Okres gwarancji”¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oferta z okresem gwarancji 24 miesiące i więcej otrzymuje 40 punktów. ▪ Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej: $(X \div Y) \times 40$, gdzie: X = okres gwarancji oferty ocenianej, Y = 24 miesiące.
Miejsce składania ofert:	Siedziba CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA: ul. Czajewicza 5/7 lok 49 05-500 Piaseczno
Forma złożenia ofert:	Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Zleceniobiorcy sposób: <ul style="list-style-type: none"> a. za pośrednictwem poczty bądź kuriera na ww. adres b. osobiście w siedzibie Firmy c. mailowo na adres p.wojlaw@czir.pl
Termin złożenia ofert:	Oferty należy składać do: 10.04.2015 r. do godz. 12.00
Termin realizacji zamówienia:	Termin realizacji zamówienia do: 30.06.2015 r.
Miejsce realizacji zamówienia:	ul. Pileckiego 14, 07-410 Ostrołęka
Sposób przygotowania oferty:	Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze. Inne dołączone do niego oferty/podoferty nie będą brane pod uwagę. Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie.
Warunki składania ofert:	1. Wymagamy ofert w PLN lub EURO. W przypadku złożenia oferty w EURO należy dokonać przeliczenia waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i

¹ W przypadku kiedy w część przedmiotu zamówienia wchodzi więcej niż jeden element, na który zostaną podane różne okresy gwarancji, podczas oceny wyciągnięta zostanie średnia arytmetyczna w celu łącznej oceny całej części. Podobnie w przypadku zaoferowania różnych okresów gwarancji w przypadku części składowych zestawów.



	<p>ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia oferty.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Wymagamy, aby cena podana na ofercie zawiera jedynie koszty zakupu przedmiotu zamówienia, nie może zawierać kosztów dostawy i montażu urządzeń.3. Oferta musi być zgodna z parametrami technicznymi umieszczonymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia od 1 do 28.7. W przypadku chęci złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia dopuszcza się złożenie kilku ofert na udostępnionym wzorze lub zmodyfikowania wzoru oferty i dostosowania go do kilku przedmiotów zamówienia.8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.9. W przypadku ofert składanych mailowo dopuszczamy możliwość składania ofert bez podpisów, przy czym mail powinien być wysłany przez osobę upoważnioną do wystawienia oferty.
Zastrzeżenia:	<ol style="list-style-type: none">1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli zaproponowana cena jest rażąco nisko, lub znacząco przekracza budżet przeznaczony na dany środek trwały.
<p>Dodatkowych informacji udziela Piotr Wojsław pod adresem mailowym p.wojslaw@czir.pl</p>	